

**Účel použití**

Pevná gutaperča používaná k plnění kořenových kanálků

**Příprava před použitím**

1. Před použitím produktu zkontrolujte datum použitelnosti a ujistěte se, že na něm není špína, prach nebo jakékoli cizí látky. Gutaperču nepoužívejte, je-li příliš tvrdá a není pružná.
2. Přečtěte si a seznamte se s návodem výrobce a důkladně si prostudujte průvodce krok za krokem.
3. Před ošetřením si připravte všechno potřebné příslušenství a nástroje.

**Pokyny pro použití**

Za účelem vyplnění kořenového kanálku musí stomatolog dodržovat následující kroky.

1. Vyberte hlavní gutaperčový kužel, který bude pasovat do apexu, a před vyplňováním kořenového kanálku zkontrolujte pracovní délku. Odřízněte před vložením do kanálku nepotřebný hrot kuželu gutaperči.
2. Jakmile umístíte gutaperčový čep do kanálku, zhotovte RTG snímek, na němž zkontrolujte, zda je gutaperčový čep umístěn 1 mm od apexu a do kořenového kanálku dokonale pasuje.
3. Odstraňte gutaperčový čep z kanálku a vysušte kanálek papírovým čepem. Vyberte kořenový nástroj o jedno číslo menší, než byl nástroj použitý k perforaci kanálku. (Je možné použít také profesionální endodontický nástroj.) Naneste na kořenový nástroj pečetidlo a rozprostřete jej uvnitř kanálku. Akci zakončete nanesením pečetidla na zhruba 1 mm hrotu gutaperčového čepu a vložte čep do kořenového kanálku.
4. Tento postup je nejzákladnější metodou. Stomatolog však může uvážit použití většího počtu gutaperčových čepů nebo jiného způsobu provedení ošetření založeného na příznacích pacienta.
  - Gutaperčové čepy jsou pro jednorázové použití. Nepoužívejte je opakovaně.

**Údržba po použití**

Gutaperčové čepy, které se nepoužijí, se musí po ošetření uložit do obalu, aby se zabránilo kontaminaci a skladovat při pokojové teplotě.

**Manipulace a skladování**

1. Skladujte při pokojové teplotě.
2. Uchovávejte mimo hořlavých a výbušných materiálů a tepla.
3. Nepromíchejte nebo nezpřeházejte produkty během manipulace.
4. Skladujte odděleně od jiných produktů odlišných velikostí a typů.

**Upozornění týkající se použití**

- Obecná upozornění a varování
1. Produkt smí používat pouze stomatologičtí odborníci. Musí se důsledně dodržovat pokyny pro použití.
  2. Nepoužívejte u pacientů, kteří trpí zánětem nebo alergií na produkt.
  3. Tento produkt je pouze pro vnější použití a pro vnitřní použití musí být předepsán.

4. Před zahájením ošetření zakryjte dýchací ústrojí pacienta kofferdamem.
5. Po použití těsně uzavřete víčkem.
  - Upozornění ohledně použití
1. Před umístěním gutaperčového čepu zkontrolujte veškeré případné infekce uvnitř kořenového kanálku.
2. Použijte stejnou velikost a tloušťku kořenového nástroje a gutaperčového čepu.
3. Po zákroku zhotovte RTG snímek, abyste ověřili úplnost zaplnění kanálku.

### **Symboly**

Použijte do

Sériové číslo

Konzultujte návod k použití

Výrobce

Autorizovaný zástupce v EU

Teplotní omezení

Uchovávejte v suchu

Uchovávejte mimo slunečního světla

Nesterilní

Upozornění

Pouze pro jednorázové použití

### **Doba použitelnosti**

4 roky od data výroby

### **Záruka a omezení odpovědnosti**

Společnost DiaDent Group International vymění produkt, který se ukáže jako vadný. Společnost DiaDent Group International nepřijímá odpovědnost za jakákoli poškození nebo ztráty, přímé nebo následné, vyplývající z použití nebo nemožnosti použití produktu popsáním způsobem. Před použitím je na odpovědnosti uživatele posoudit vhodnost produktu pro jeho zamýšlené použití. Uživatel přejímá veškerá rizika a odpovědnost spojenou s použitím produktu.

Evropský zástupce

DiaDent Europe B.V.

Antennestraat 70, 1322AS

Almere, the Netherlands

Tel: 00 31 (0)36 549 8607 FAX: 00 31 (0)36 536 7317